

Rabka – Zdrój, dnia 01.02.2022 r.

Szpital Miejski w Rabce – Zdroju Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 3
34 – 700 Rabka - Zdrój

Do uczestników postępowania

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Dostawy akcesoriów do wykonywania biopsji mammotomicznej wraz z dzierżawą aparatu.

Zamawiający Szpital Miejski w Rabce – Zdroju Sp. z o.o., działając na podstawie art. 284 ust. 6 i art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, niniejszym udziela wyjaśnień na zapytania zadane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu.

Pytanie nr 1:

Dotyczy Załącznik nr 1. Pozycja 1.

Prosimy o dopuszczenie igieł firmy Hologic o parametrach:

Igła biopsyjna do biopsji gruboigłowej wspomaganej próżnią, w nie mniej niż 2 rozmiarach (średnica 9G i 12G), o parametrach:

- a) zintegrowany z igłą wymienny koszyczek na pobierany materiał w celu uniknięcia i maksymalnego zmniejszenia możliwości kontaktu personelu z krwią pacjentki a także w celu skrócenia zabiegu biopsji, koszyczek mieszczący co najmniej 15 wycinków
- b) obrót igły w zakresie 360 stopni zarówno dla zabiegów pod kontrolą USG i RTG,
- c) trocarny kształt ostrza igły,
- d) igła wyposażona w jeden kanał, gwarantujący, że wycinek ma rzeczywisty rozmiar igły

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający nie przychyli się do wniosku.

Pytanie nr 2:

Dotyczy Załącznik nr 1. Pozycja 2.

Prosimy o możliwość zaoferowania samych kubeków na płyny ustrojowe. Informujemy, że każda oferowana przez nas igła wyposażona jest w zestaw wszystkich niezbędnych drenów zapakowanych sterylnie razem z igłą. Nie trzeba stosować żadnych dodatkowych kaset ssąco-płuczających.

Odpowiedź na pytanie nr 2: Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 3:

Dotyczy Załącznik nr 1. Pozycja 4.

Prosimy o dopuszczenie systemu próżniowego o następujących parametrach:

Dzierżawa systemu założonego z modułu pompy powiązanej z modułem sterującym (system biopsyjny) – system wyposażony w moduł kontrolny, moduł ssący z pompą próżniową do wytwarzania podciśnienia oraz systemem w którym ta sama rękojeść do wykonywania biopsji pod kontrolą USG i rękojeść do biopsji pod kontrolą RTG posiada możliwość zastosowania igieł biopsyjnych w dwóch rozmiarach (średnica zewnętrzna 9G i 12 G). Natomiast w procedurze pod rezonansem umożliwia zastosowanie minimum dwóch rozmiarów igieł.

- a) posiadający niezależne sterowanie ssaniem i nożem tnącym za pośrednictwem nożnego sterownika
- b) posiadający możliwość podania środka znieczulającego w trakcie zabiegu biopsji
- c) posiadający możliwość zastosowania znaczników biopsji pod kontrolą USG i RTG i MRI.
- d) posiadający szybki proces pobierania wycinków (max. 4,5s)
- e) posiadający możliwość wykonania biopsji w zakresie 360 stopni zarówno dla zabiegów wykonywanych pod kontrolą USG i RTG
- f) posiadający przyciski membranowe

Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający nie przychylił się do wniosku.

Pytanie nr 4:

Zamawiający nie podał wymaganego terminu dostaw oraz nie przewidział miejsca na zadeklarowanie terminu dostawy przedmiotu dzierżawy i dostaw sukcesywnych. Prosimy Zamawiającego o modyfikację formularza oferty w ten sposób, że znajdzie się tam miejsce na zadeklarowanie terminu dostawy.

Odpowiedź na pytanie nr 4: Zamawiający doprecyzowuje zapisy projektowanych postanowień umownych. W związku z powyższym, zapisy § 4 ust. 3 oraz § 6 ust. 1 otrzymują następujące brzmienie:

- § 4 ust. 3

„Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia akcesoriów do biopsji mammotomicznej, o których jest mowa w § 1 w ilości każdorazowo wskazanej przez Zamawiającego w pisemnym zamówieniu w terminie do 10 dni (roboczych) od daty jego wpłynięcia do siedziby Wykonawcy. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy, tj. w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy lub poza godzinami pracy dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. Dostarczane akcesoria do biopsji mammotomicznej posiadają odpowiednie parametry do zastosowania w dzierżawionym urządzeniu, o którym mowa w § 5 niniejszej umowy.”

- § 6 ust. 1

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć aparat na swój koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego przy ul. Słonecznej 3 w Rabce – Zdroju oraz zamontować, zainstalować, uruchomić urządzenie i wykonać wszystkie niezbędne czynności do prawidłowego działania urządzenia w terminie maksymalnie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, jak również przeszkolić wskazany personel Zamawiającego w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy.”

Pytanie nr 5:

Proszę o modyfikację zapisów umowy w następujący sposób:

§ 9

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

- a) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1;
- b) za opóźnienie terminu dostawy aparatu - w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki po terminie określonym w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

c) za przekroczenie terminów ustalonych dostaw (§ 4 ust. 3) w wysokości 0,1% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia, za każdy dzień zwłoki w dostawie,

d) za nie wypełnienie zobowiązań jakościowych ustalonych w § 8 ust. 3, 5 i 6 w wysokości 0,1% wartości brutto partii zareklamowanej, za każdy dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad,

e) w przypadku niezrealizowania przez Wykonawcę naprawy gwarancyjnej w terminie określonym w § 6 ust. 9 i 14 lub niepodstawienie sprzętu zastępczego Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki.

2. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia umownego brutto.

Odpowiedź na pytanie nr 5: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 6:

Prosimy Zamawiającego o dodanie do umowy zastrzeżenia następującej treści: Przewidziane w niniejszej umowie wysokości kar umownych są wysokościami maksymalnymi. W przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających Zamawiającego do naliczenia kar umownych, Zamawiający jest uprawniony do miarkowania ich wysokości w zależności od charakteru uchybienia Wykonawcy obowiązkum umownym. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy przewidziana kara umowna jest zdaniem Stron umowy wygórowana w stosunku do charakteru uchybienia przez Wykonawcę obowiązkum umownym.

Odpowiedź na pytanie nr 6: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 7:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie faktury w formie elektronicznej w formacie pdf. na adres email wskazany przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 7: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie dokonywał Zamówień pełnych opakowań produktów, zgodnie z ich konfekcjonowaniem.

Odpowiedź na pytanie nr 8: Tak.

Pytanie nr 9:

Prosimy o ustalenie terminu płatności na 60 dni.

Odpowiedź na pytanie nr 9: Zamawiający przychylił się do wniosku i modyfikuje zapis § 7 ust. 5 projektowanych postanowień umownych, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania faktur za poszczególne dostawy akcesoriów i dzierżawę w terminie do 60 dni licząc od daty wystawionej faktury VAT - przelewem na konto Wykonawcy, wskazane każdorazowo na wystawionej fakturze.”

Zamawiający informuje, iż zmienia określone w SWZ i ogłoszeniu terminy, tj.:

- składania ofert na: **04.02.2022 r. godz. 09:30**

- otwarcia ofert na: **04.02.2022 r. godz. 10:30**

- termin związania ofertą na: **05.03.2022 r.**

Wyjaśnienia zostaną dołączone do Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą stanowić jej integralną część.

WITOLD LATUSEK
PREZES ZARZĄDU

Dokument
podpisany przez
Witold Latusek
Data: 2022.02.01
10:06:33 CET