

Rabka – Zdrój, dnia 21.12.2021 r.

Szpital Miejski w Rabce – Zdroju Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 3
34 – 700 Rabka - Zdrój

Do uczestników postępowania

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Dostawy analizatorów: hematologicznego i koagulologicznego oraz sukcesywne dostaw odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych do dzierżawionych urządzeń na potrzeby pracowni diagnostyki laboratoryjnej Szpitala Miejskiego w Rabce – Zdroju Sp. z o. o.

Zamawiający Szpital Miejski w Rabce – Zdroju Sp. z o.o., działając na podstawie art. 284 ust. 6 i art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, niniejszym udziela wyjaśnień na zapytania zadane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu.

Pytanie nr 1: Dotyczy analizatora hematologicznego - Pakiet nr 1 i pkt. IV. 3e SWZ, w związku z §4 ust. 5 pkt 2) oraz §7 ust. 4 Załącznika nr 6 do SWZ (Projektowane postanowienia Umowy): Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora hematologicznego, do którego odczynniki posiadają termin ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy (przed otwarciem), z wyłączeniem krwi kontrolnej, która posiada ważność minimum 2 miesiące od daty dostawy, zgodnie z harmonogramem?

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający przychylił się do wniosku i modyfikuje zapisy w powyższym zakresie, tj.:

- **Rozdział IV ust. 3 lit. e) SWZ:**

- Pakiet nr 1: Zaoferowane odczynniki winny posiadać w momencie dostarczenia do Zamawiającego min. 6 miesięczny termin ważności, licząc od daty dostawy z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności wynosi co najmniej 2 miesiące od daty dostawy.
- Pakiet nr 2: Zaoferowane odczynniki winny posiadać w momencie dostarczenia do Zamawiającego min. 3/5 maksymalnego terminu ważności, licząc od daty dostawy.

- **Załącznik nr 6 do SWZ - § 4 ust. 5 pkt. 2):**

„o terminie ważności zapewniającym bezpieczne zużycie dostarczonych odczynników, umieszczonym na opakowaniu - (nie krótszym niż 6 miesięcy, licząc od daty dostawy z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności wynosi co najmniej 2 miesiące od daty dostawy /pakiet nr 1/ lub nie krótszym niż $\frac{3}{4}$ nominalnego okresu ważności producenta /pakiet nr 2/ - w zależności od pakietu. W przypadku dostarczenia partii odczynników o terminie przydatności krótszym niż wskazany wcześniej Wykonawca zobowiązuje się bezzwłocznie i bezpłatnie wymienić odczynniki z terminem przydatności wskazanym w zdaniu poprzednim),”

- **Załącznik nr 6 do SWZ - § 7 ust. 4):**

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczone odczynniki na okres wskazany przez producenta.

Pytanie nr 2: Dotyczy pkt. V SWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez zmianę określenia: z „od dnia zawarcia umowy” na „od dnia podpisania umowy przez obie Strony”? Jeżeli tak, to prosimy o tożsamą modyfikację w §3 ust. 1 Wzoru Umowy, Załącznik nr 6 do SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 3: Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ: Czy w celu większej przejrzystości formularza, Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie tylko tego pakietu, do którego Wykonawca przystępuje?

Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4: Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ, pkt. 5: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Przetargowej wskazanej przez Zamawiającego w plikach podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione, tym samym nie jest możliwe ponumerowanie poszczególnych stron oferty wraz z załącznikami. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podania ilości stron?

Odpowiedź na pytanie nr 4: Zamawiający nie wymaga numerowania poszczególnych stron oferty wraz z załącznikami.

Pytanie nr 5: Dotyczy Umowy: Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Odpowiedź na pytanie nr 5: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6: Dotyczy Projektowane postanowienia Umowy, Załącznika nr 6 do SWZ:

1) **§4 ust. 5 pkt 1):** Czy Zamawiający dopuści dostanie wymaganych dokumentów wraz z umową? Wykonawca motywuje swoją prośbę powodami technicznymi.

2) **§5 ust. 4:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności wynosił 30 dni i był liczony od daty wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę? Warto pamiętać, że nadmierne wydłużanie terminów płatności jest kosztowne, a koszty te muszą być przerzucane na klientów przedsiębiorcy, wśród których jest i Zamawiający. Jako że przyjętą praktyką jest regulowanie faktur w terminie 2 tygodni, odstępować od tej zasady winno się tylko z ważnych powodów.

3) **§5 ust. 4:** Uprzejmie prosimy o usunięcie wyrażenia: „potwierdzonej właściwą kopią formularza zamówienia” i dopuszczenie wysłania faktury bez kopii zamówienia Zamawiającego. Wykonawca motywuje swoją prośbą powodami technicznymi i ograniczeniami systemowymi. Wykonawca wysyła fakturę po realizacji zamówienia,

które odbywa się wyłącznie i zgodnie z treścią złożonego przez Zamawiającego zamówienia.

- 4) **§5 ust. 10:** Prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie:
„odsetek ustawowych zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.”
- 5) **§8 ust. 1 lit. g):** Prosimy o usunięcie zapisu. §8 ust. 1 lit. g) dubluje karę w §8 ust. 1 lit. f) zgodnie z zasadą łac. „Ne bis in idem” - tł. Nie można karać dwa razy za to samo.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

- 1) **§4 ust. 5 pkt 1):** Zamawiający dopuszcza dostanie wymaganych dokumentów wraz z umową.
- 2) **§5 ust. 4:** Zamawiający przychyła się do wniosku Wykonawcy i modyfikuje termin płatności, w związku z tym §5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania faktur za poszczególne dostawy odczynników w terminie do 30 dni licząc od daty wystawionej faktury VAT - przelewem na konto Wykonawcy, wskazane każdorazowo na wystawionej fakturze.”
- 3) **§5 ust. 4:** Zamawiający przychyła się do wniosku Wykonawcy i modyfikuje zapis zgodnie z pkt. 2) powyżej.
- 4) **§5 ust. 10:** Zamawiający nie wyraża zgody.
- 5) **§8 ust. 1 lit. g):** Zamawiający nie przychyła się do wniosku Wykonawcy. Jedna kara dotyczy awarii dzierżawionych urządzeń, a druga awarii systemu.

Pytanie nr 7:

Dot. zał. nr 1 do SWZ, opis przedmiotu zamówienia analizatora koagulologicznego, parametr nr 28: „Analizator nowy lub max. 3-letni”:

Prosimy o dopuszczenie analizatora koagulologicznego rok produkcji min. 2017.

Odpowiedź na pytanie nr 7: Zamawiający nie wyraża zgody.

Wyjaśnienia zostaną dołączone do Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą stanowić jej integralną część.