

Rabka – Zdrój, dnia 12.11.2021 r.

Szpital Miejski w Rabce – Zdroju Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 3
34 – 700 Rabka - Zdrój

Do uczestników postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Dostawy, montażu i uruchomienia aparatu ultrasonograficznego z elastografią i dwoma głowicami liniowymi na potrzeby poradni specjalistycznych „Szpitala Miejskiego w Rabce – Zdroju” Sp. z o. o.

Zamawiający Szpital Miejski w Rabce – Zdroju Sp. z o.o., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, niniejszym udziela wyjaśnień na zapytania zadane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu.

Pytanie nr 1: Zwracamy się z prośbą o przesunięcie wymaganego terminu dostawy do dnia 10 tygodni od daty podpisania umowy. Ze względu na międzynarodowy kryzys związany z brakiem dostępności części do urządzeń elektronicznych czas realizacji dostaw urządzeń medycznych wszystkich producentów drastycznie się wydłużył.

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający nie przychylił się do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 2: Zamawiający wymaga w punkcie 34 OPZ obrazowania do elastografii z użyciem fali poprzecznej dostępne na głowicy liniowej i convex, dostępne obrazowanie kodowane kolorem z możliwością oceny wyrażoną w kPa oraz m/sek lecz nie wymaga w standardzie głowicy convex. W związku z tym pytamy czy Zamawiający dopuści aparat USG posiadający obrazowanie elastograficzne opisane w punkcie 34 lecz dostępne tylko na oferowanej głowicy liniowej?

Odpowiedź na pytanie nr 2: Tak, Zamawiający zmodyfikował zapis SWZ.

Pytanie nr 3: Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów punktu 79 OPZ na: „Liczba napraw tego samego elementu/podzespołu uprawniających do wymiany elementu/podzespołu na nowe (3 naprawy).”

W przypadku możliwej do usunięcia awarii aparatu, żaden producent nie przewiduje wymiany całego urządzenia na nowe, a jedynie wymianę uszkodzonego modułu/podzespołu. Współczesne aparaty ultrasonograficzne są konstrukcjami modułowymi i w przypadku awarii dokonuje się wymiany danego modułu/ podzespołu na nowy, co przywraca pełną funkcjonalność urządzenia.

Wymaganie wymiany całego urządzenia na nowe w przypadku 3 jakichkolwiek napraw, nawet takich nie wymagających wymiany jakichkolwiek części, ale, na przykład, jedynie reinstalacji oprogramowania, jest nadmiernym obciążeniem dla Wykonawcy i jest ponadto niezgodne z zapisami Kodeksu cywilnego. Pozostawienie zapisu w obecnym kształcie sprawi, iż Wykonawca zmuszony będzie do wkalkulowania kosztu ewentualnej wymiany aparatu w cenę oferty, szczególnie, iż Zamawiający wymaga wydłużonego, bo aż 36-cio miesięcznego terminu gwarancji.

Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający przychyli się do wniosku Wykonawcy i modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 4: Alternatywnie prosimy o zmianę powyższego zapisu tak, aby był zgodny z Kodeksem Cywilnym: „Liczba istotnych napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy).”

Wymaganie wymiany całego urządzenia na nowe w przypadku 3 jakichkolwiek napraw, nawet takich nie wymagających wymiany jakichkolwiek części, ale, na przykład, jedynie reinstalacji oprogramowania, jest nadmiernym obciążeniem dla Wykonawcy i jest ponadto niezgodne z zapisami Kodeksu cywilnego. Pozostawienie zapisu w obecnym kształcie sprawi, iż Wykonawca zmuszony będzie do wkalkulowania kosztu ewentualnej wymiany aparatu w cenę oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 4: Zamawiający zmodyfikował zapis - odpowiedź na pytanie nr 3.

Pytanie nr 5: Pytanie nr 1, dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ, lp. 34. W związku z tym, iż Zamawiający nie planuje w przyszłości zakupu głowicy konweksowej, czy zgodzi się na zamianę oprogramowania do elastografii fali poprzecznej dla głowicy konweksowej na elastografię typu Strain dostępnej na głowicy liniowej. Pozytywna odpowiedź na naszą prośbę pozwoli na pełne wykorzystania możliwości oferowanej głowicy liniowej do badania natych narzędzi. Oferowana przez nas głowica wysokoczęstotliwościowa obsługuje zarówno oprogramowanie do elastografii Strain jak i do elastografii fali poprzecznej.

Odpowiedź na pytanie nr 5: Tak, Zamawiający zmodyfikował zapis SWZ.

Pytanie nr 6: Pytanie nr 2, dotyczy Załącznika nr 6, Wzór Umowy, kary umowne. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 6: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 7: Pytanie nr 3, dotyczy Załącznika nr 6, Wzór Umowy, odpowiedzialność Wykonawcy. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samym czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następującą treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa

ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia określonego w §.....umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

Odpowiedź na pytanie nr 7: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 8: Pytanie nr 4, dotyczy Załącznika nr 6, Wzór Umowy. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniżej zaproponowanych zmian w umowie odnośnie naruszenia praw własności intelektualnej?

1. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego wobec roszczeń, zarzucających, że urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu umowy („Produkty”) bezpośrednio naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich pod warunkiem, że Zamawiający,

(a) przekaze Wykonawcy bezzwłoczne zawiadomienie o roszczeniu, oraz

(b) udzieli Wykonawcy pełnej i wyczerpującej informacji i pomocy niezbędnej Wykonawcy przy obronie przed roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub uniknięciu roszczenia, oraz

(c) przekaze Wykonawcy wyłączną kontrolę nad obroną, ugodą lub uniknięciem roszczenia.

2. Zamawiający zobowiązuje się nie zawierać jakiejkolwiek ugody w związku z roszczeniem ani ponosić kosztów lub wydatków na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.

3. Wykonawca nie będzie miał żadnego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikającego w przypadku gdy takie roszczenie wynika z: (a) zachowania przez Wykonawcę zgodności z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami Zamawiającego, (b) skorzystania przez Wykonawcę z informacji technicznych lub technologii dostarczonych przez Zamawiającego; (c) modyfikacji Produktów przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, niezatwierdzonych przez Wykonawcę; wykorzystania Produktów w sposób inny niż zgodnie ze specyfikacjami Produktów lub stosownymi pisemnymi instrukcjami Produktów; (d) wykorzystania Produktów wraz z jakimkolwiek innym produktem lub oprogramowaniem, jeśli naruszenia można było uniknąć poprzez użycie aktualnej niezmienionej wersji któregośkolwiek z Produktów, lub wykorzystania Produktów po tym, jak Wykonawca zalecił Zamawiającemu na piśmie zaprzestanie używania Produktów ze względu na zarzucane naruszenie; (e) niestosowania się przez Zamawiającego do zalecanych harmonogramów konserwacji oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz instrukcji oraz/lub niewprowadzenia obowiązkowych działań (bezpieczeństwa).

4. W przypadku wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do (a) zapewnienia Zamawiającemu

prawa do dalszego korzystania z Produktów, (ii) zastąpienia lub zmodyfikowania Produktów w celu uniknięcia naruszenia lub (iii) zwrócenia Zamawiającemu proporcjonalnej części ceny nabycia Produktów z chwilą zwrócenia oryginalnych Produktów.

5.Odpowiedzialność odszkodowawcza i zobowiązania Wykonawcy w niniejszym punkcie mają zastosowanie do oprogramowania osób trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie umowy licencyjnej lub umowy nabycia zawartej z taką osobą trzecią, uprawniony jest do zwolnienia z roszczeń w przypadku takich naruszeń.

6.Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń na Produktach związanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi.

7. Warunki niniejszego punktu określają całość zobowiązania Wykonawcy i odpowiedzialności za roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej, a także stanowią wyłączny środek jaki przysługuje Zamawiającemu w przypadku roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej.

Odpowiedź na pytanie nr 8: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 9:

Pytanie nr 5, dotyczy Załącznika nr 6, Wzór Umowy. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?

Odpowiedź na pytanie nr 9: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

Ponadto, Zamawiający informuje, iż zmienia określone w SWZ i ogłoszeniu terminy, tj.:

- składania ofert na: 18.11.2021 r. godz. 10:00
- otwarcia ofert na: 18.11.2021 r. godz. 11:00
- termin związania ofertą na: 17.12.2021 r.