

Rabka – Zdrój, dnia 12.11.2021 r.

Szpital Miejski w Rabce – Zdroju Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 3
34 – 700 Rabka - Zdrój

Do uczestników postępowania

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Dostawy, montażu i uruchomienia aparatu ultrasonograficznego z elastografią i dwoma głowicami liniowymi na potrzeby poradni specjalistycznych „Szpitala Miejskiego w Rabce – Zdroju” Sp. z o. o.

Zamawiający Szpital Miejski w Rabce – Zdroju Sp. z o.o., działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia dla ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z powyższym, zmianie ulegają zapisy:

➤ SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

1. BYŁO:

- Rozdział XIII SWZ, ust. 1:

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1. Wykonawca jest związany ofertą **do 14.12.2021 r.**

JEST:

- Rozdział XIII SWZ, ust. 1 – otrzymuje brzmienie:

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1. Wykonawca jest związany ofertą **do 17.12.2021 r.**

2. BYŁO:

- Rozdział XIV SWZ, ust. 3:

XIV.SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.

3. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu **do 15.11.2021 roku do godz. 10:00.**

JEST:

- Rozdział XIV SWZ, ust. 3 – otrzymuje brzmienie:

XIV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.

3. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do 18.11.2021 roku do godz. 10:00.

3. BYŁO:

- Rozdział XV SWZ, ust. 1:

XV. TERMIN OTWARCIA OFERT.

1. Otwarcie ofert nastąpi 15.11.2021 r. o godzinie 11:00.

JEST:

- Rozdział XV SWZ, ust. 1 – otrzymuje brzmienie:

XV. TERMIN OTWARCIA OFERT.

1. Otwarcie ofert nastąpi 18.11.2021 r. o godzinie 11:00.

➤ **ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, PARAMETRY TECHNICZNE**

4. BYŁO:

- Załącznik nr 1 do SWZ, poz. 34:

Obrazowanie do elastografii z użyciem fali poprzecznej dostępne na głowicy liniowej i convex, dostępne obrazowanie kodowane kolorem z możliwością oceny wyrażoną w kPa oraz m/sek.

JEST:

- Załącznik nr 1 do SWZ, poz. 34 – otrzymuje brzmienie:

Moduł elastografii typu Strain oraz elastografii fali poprzecznej, kodowanej kolorem z możliwością oceny wyrażoną w kPa oraz m/sek. Zamawiający dopuszcza aparat USG posiadający obrazowanie elastograficzne opisane w niniejszym punkcie dostępne na głowicy liniowej.

5. BYŁO:

- Załącznik nr 1 do SWZ, poz. 79:

Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy).

JEST:

- Załącznik nr 1 do SWZ, poz. 79 – otrzymuje brzmienie:

Liczba napraw tego samego elementu/podzespołu uprawniających do wymiany elementu/podzespołu na nowe (3 naprawy).

Ponadto, Zamawiający informuje, że zaktualizował załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia, parametry techniczne, który stanowi załącznik do niniejszych zmian.

➤ **ZAŁĄCZNIKA NR 6 DO SWZ – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWNE:**

6. BYŁO:

- Załącznik nr 6 do SWZ, § 6 ust. 9:

Jeżeli w okresie gwarancji przedmiot umowy okaże się wadliwy, Wykonawca zobowiązuje się do jego naprawienia lub, gdy jego naprawa okaże się niemożliwa do jego wymiany na nowy, wolny od wad. W przypadku, co najmniej trzech powtarzających się awarii sprzętu, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie do wymiany wadliwego sprzętu na fabrycznie nowy. Wymieniony sprzęt dostarczony Zamawiającemu i zamontowany musi odpowiadać warunkom i parametrom opisanym w SWZ.

JEST:

- Załącznik nr 6 do SWZ, § 6 ust. 9 – otrzymuje brzmienie:

Jeżeli w okresie gwarancji przedmiot umowy okaże się wadliwy, Wykonawca zobowiązuje się do jego naprawienia lub, gdy jego naprawa okaże się niemożliwa do jego wymiany na nowy, wolny od wad. W przypadku, co najmniej trzech awarii tego samego elementu/podzespołu Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie do wymiany wadliwego elementu/podzespołu na fabrycznie nowy. Wymieniony element / podzespół / sprzęt dostarczony Zamawiającemu i zamontowany musi odpowiadać warunkom i parametrom opisanym w SWZ.