

Rabka – Zdrój, dnia 09.09.2021 r.

Szpital Miejski w Rabce – Zdroju Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 3
34 – 700 Rabka - Zdrój

Do uczestników postępowania

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Zakupu stołu operacyjnego wraz z przystawkami, fotelem operatora i wózkiem do transportu w strefie czystej dla bloku operacyjnego „Szpitala Miejskiego w Rabce – Zdroju” Sp. z o. o.

Zamawiający Szpital Miejski w Rabce – Zdroju Sp. z o.o., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, niniejszym udziela wyjaśnień na zapytania zadane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu.

Pytanie nr 1:

Dotyczy Załącznik 1. Czy Zamawiający oczekuje stołu operacyjnego o poniższych, dużo lepszych od wymaganych parametrach i porównywalnej cenie?

Charakterystyka techniczna – stół operacyjny	
Lp.	Parametry
1	Mobilny, modułowy stół operacyjny z napędem elektrohydraulicznym
2	Kolumna stołu pokryta ruchomymi panelami ze stali CrNi. Konstrukcja stołu wykonana w oparciu o aluminium i stal CrNi. Nie dopuszcza się gumowych lub gumopodobnych elementów harmonijkowych osłaniających całą kolumnę stołu ze względów aseptycznych. Wyjątek może stanowić mała osłona siłownika lub siłowników.
3	Podstawa stołu węższa w części centralnej ułatwiająca dostęp do stołu chirurgowi, szersza na końcach zwiększająca stabilność stołu podczas zabiegu.
4	Kolumna stołu monolityczna, bez elementów wystających, dopuszcza się dźwignię hamulca do blokowania kół.
5	Stół wyposażony w cztery podwójne koła z możliwością ich blokowania centralnie za pomocą pedału lub za pomocą pilota
6	Akumulatory zapewniające pracę stołu przez ok. tydzień wbudowane w podstawę stołu. Ładowarka wewnętrzna. Informacja o niskim poziomie naładowania baterii na panelu sterowania awaryjnego na kolumnie stołu.

7	Całkowite naładowanie baterii w czasie ok. 12 godzin, naładowanie do poziomu 90% - ok. 6 godzin.
8	Blat stołu złożony z następujących segmentów: • podglówek odejmowalny • odejmowany segment przedłużający płytę plecową • płyta plecowa dolna • segment siedziska • podnóżki para - dzielone wzdłużnie Segmenty blatu łączone za pomocą gniazd wpustowych na zasadzie szybkozłączy z blokadą zapobiegającą wysuwaniu się elementów. Nie dopuszcza się stosowania segmentów z koniecznością dokręcania śrub.
9	Szerokość blatu bez szyn bocznych: 530 – 550 mm Szerokość blatu z szynami bocznymi: 580 - 600 mm
10	Segmenty blatu przezierne w projekcji AP bez poprzecznych wzmocnień/poprzeczek utrudniających uzyskanie czystego obrazu RTG. Dopuszcza się częściowo nieprzezierny podglówek.
11	Funkcje regulowane manualnie: • Podglówek regulowany manualnie w min. dwóch płaszczyznach za pomocą mechanizmu zapadkowego. Podglówek pozwalający na jednoczesną regulację kąta nachylenia podglówka i regulację jego wysokości i kąta zaklinowania względem płyty plecowej blatu. Zakres regulacji kąta nachylenia podglówka w osi: ○ Bliższej kolumnie stołu min. od -60° do +80° ○ Dalszej od kolumny stołu: min. 0° do +80° • Regulacja pochylenia podnóżków podnóżków w zakresie min. -90° do 0°. • Rozchylenie podnóżków na boki 180°.
12	Podnóżki pozwalające na ich jednoczesne maksymalne odwiedzenie oraz opuszczenie, dzięki czemu operator ma bardzo dobry dostęp do pacjenta od strony nóg – bez potrzeby demontażu podnóżków.
13	Funkcje regulowane pilotem sterującym: • Wysokość blatu w zakresie min. 625-1050 mm (bez materaca, blat w pozycji horyzontalnej) • Pozycja Trendelenburga/anty-Trendelenburga w zakresie min. 25°/35° • Przechyły boczne w zakresie $\geq 20^\circ$ • Pozycja płyty plecowej dolnej w zakresie min. -40° do +70° • Pozycja „0” za pomocą jednego przycisku. • Pozycja flex min 220° • Pozycja reflex min 140° • Pozycja normalna/odwrócona

	• Blokowanie i odblokowanie stołu • Blokowanie i odblokowanie funkcji motorycznych blatu • Przesuw wzdłużny blatu w zakresie min. 310 mm • Możliwość zapamiętania min 10 pozycji stołu zaprogramowanych przez użytkownika
14	Długość blatu, jego konfiguracja oraz konstrukcja kolumny stołu umożliwiające bardzo dobry dostęp aparatu RTG (ramienia C) bez wykorzystania przesuwu wzdłużnego: • w zakresie min 1200 mm - licząc (w linii poziomej) od powierzchni największego stalowego elementu kolumny stołu do brzegu blatu od strony głowy • w zakresie min 1200 mm - licząc (w linii poziomej) od powierzchni największego stalowego elementu kolumny stołu do brzegu blatu od strony nóg pacjenta
15	Stół wyposażony w pilot bezprzewodowy posiadający możliwością dołączenia przewodu i ładowania pilota bez konieczności używania ładowarki
16	Pilot zdalnego sterowania z podświetlanymi piktogramami ułatwiającymi pracę w zaciemnionej sali operacyjnej.
17	Pilot sterujący wyposażony w kolorowy, dotykowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny .
18	Dodatkowy panel sterujący umieszczony na powierzchni kolumny stołu operacyjnego aktywny non- stop. System nie wyłącza się automatycznie bez ingerencji obsługi. W celu podniesienia bezpieczeństwa obsługa panelu wymaga jednoczesnego użycia dwóch przycisków.
19	Funkcje obsługiwane przez dodatkowy panel sterujący (min.) • Wysokość blatu • Pozycja Trendelenburga/anty-Trendelenburga • Przechyły boczne • Pozycja płyty plecowej
20	Możliwość doposażenia w przyszłości stołu w nożny sterownik stołu oraz pilot ręczny bezprzewodowy.
21	Stół wyposażony w demontowane materace, łączenia na materacach zespalane ultradźwiękową, bezszwową metodą, antystatyczne, o grubości minimum 80 mm, wykazujące właściwości przeciwdroźynowe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. Materace powinny posiadać tzw. „pamięć kształtu” co bezpośrednio ma wpływ na utrzymanie ciepłoty pacjenta w trakcie zabiegu
22	Możliwość instalacji różnych segmentów i akcesoriów po obu stronach blatu -zarówno od strony głowy jak i podnóżka.
23	Maksymalny dopuszczalny udźwig stołu: min. 450 kg
24	Szyny instrumentalne wzdłuż wszystkich segmentów stołu operacyjnego.

25	Podpora pod rękę, anestezyjologiczna płaska z możliwością dowolnego ułożenia ręki względem stołu dzięki przegubowi kulowemu. Mocowana do szyny bocznej zaciskiem, wyposażona w pasy mocujące rękę wraz z uchwytami – 1 szt.
26	Podpory Goepla z pasami mocującymi – 1 para
27	Pas do mocowania pacjenta 1 szt.
28	Zacisk uniwersalny – 5 szt.
29	Ekran anestezyjny – 1 szt.
30	Ramka zapory bocznej wraz z poduszkami zapierającymi – 3 szt.
31	Podgłówek w kształcie podkowy – 1 szt.
32	Podpora pod rękę do ułożenia na boku – wszystkie przeguby blokowane i odblokowywane jednym pokrętelem – 1 szt.
33	Płyta do operacji barku z odejmowanymi segmentami barkowymi. W zestawie z płytą podgłówek typu hełm z odchylanymi segmentami policzkowymi oraz adapter do mocowania podgłówka – 1 kpl.
34	Wózek do przewożenia pacjentów leżących. Konstrukcja wózka – metalowa, malowana proszkowo
35	Wymiary zewnętrzne: - długość min. 210 cm - szerokość min. 75 cm
36	Powierzchnia leża pacjenta: - długość min. 195 cm - szerokość min. 65 cm
37	Nominalna ładowność [kg] min. 180kg
38	Waga wózka [kg] 120-130
39	Leże dwusegmentowe
40	Konstrukcja ramy: stalowa (stal lakierowana proszkowo) oparta na dwóch ramionach płaskich, przegubowych, w układzie trapezowym, w którym siłowniki hydrauliczne ukryte są pod pokrywą podwozia, co znacznie przedłuża ich żywotność i zabezpiecza siłowniki przed uderzeniami
41	Regulacja wysokości leża w zakresie min. 60-92 cm, wspomagana hydraulicznie przy pomocy pompy nożnej
42	Regulowane oparcie pleców wspomagane sprężyną gazową
43	Regulacja kąta segmentu oparcia pleców: 0-87°

44	Regulacja pozycji Trendelenburga min 12 st.
45	Regulacja wysokości za pomocą pedałów umieszczonych po obu stronach wózka
46	Leże wózka przeziernie na całej długości dla promieni RTG
47	Blokada koła do jazdy na wprost, co pomaga w prowadzeniu wózka w linii prostej, np. przez długi korytarz
48	Od strony głowy dwa uchwyty do manewrowania o regulowanej wysokości
49	Zintegrowany składany statyw do kroplówki (górny szczyt leża), z regulacją wysokości. Udźwig stojaka min. 5 kg. Chowany stojak do kroplówki (przechowywany na podstawie wózka) z możliwością montowania we wszystkich czterech narożnikach łóżka, z regulacją wysokości w zakresie min. 60 cm
50	Odbojniki w narożnikach
51	Zintegrowane barierki boczne opuszczane do poziomu leża wózka, ze stali nierdzewnej
52	Miejsce na rzeczy osobiste pacjenta
53	Cztery antystatyczne koła o średnicy 20 cm, wyposażone w precyzyjne łożyska kulkowe
54	Leże wózka z rzepami pozwalającymi na umocowanie kompatybilnego materaca
55	Materac grubości min. 6,5[cm], przezierny dla promieni rtg, mocowany do blatu wózka za pomocą rzepów oraz odporny na mycie i dezynfekcję, w nieprzemakalnej, oddychającej tkaninie.
56	Możliwość mocowania materacy o różnej grubości
57	Fotel operatora przeznaczony do zabiegów operacyjnych w zakresie okulistyki z elektryczną regulacją wysokości siedziska góra/dół
58	Fotel wyposażony w zasilanie sieciowe i akumulatorowe, umożliwiające bezprzewodową pracę na bloku operacyjnym
59	Podstawa jezdna, łatwo zmywalna, na trzech kołach z przyciskami sterowania ruchem góra/dół wmontowanymi w podstawę
60	Podstawa jezdna wyposażona w centralną blokadę jezdnią
61	Siedzisko profilowane z regulacją góra/dół w zakresie 550-710mm
62	Podparcie pleców operatora z dosuwaniem w kierunku odcinka lędźwiowego w zakresie min.50 mm
63	Regulacja kąta nachylenia podparcia pleców w zakresie +/-15°
64	Regulacja podparcia pleców operatora w zakresie góra/dół min.50mm

65	Regulacja kąta nachylenia podparcia pleców w zakresie +/-15°
66	Regulacja podparcia pleców operatora w zakresie góra/dół min.50mm
67	Podłokietniki regulowane mechanicznie w zakresie góra/dół co najmniej 100mm i możliwością obrotu w osi 360°
68	Możliwość wykonania tapicerki fotela w co najmniej 4 kolorach

Odp.: Zamawiający opisał minimalne wymagania stołu operacyjnego wraz z przystawkami, fotelem operatora i wózkiem do transportu w strefie czystej. Dopuszcza się stosowanie urządzeń obecnie dostępnych na rynku, o parametrach nie gorszych niż opisane w załączniku nr 1 do SWZ.

Ponadto, Zamawiający informuje, iż zmienia określone w SWZ i ogłoszeniu terminy, tj.:

- składania ofert na: 14.09.2021 r. godz. 10:30
- otwarcia ofert na: 14.09.2021 r. godz. 11:00
- termin związania ofertą na: 13.10.2021 r.