

„Szpital Miejski w Rabce-Zdroju” sp. z o. o.		
Załącznik nr 2:	ZAPYTANIE OFERTOWE	Nr SP.26.2.1.2023

Oferujemy medyczny laser diodowy wraz z pompą do znieczulenia, ergonomiczną stacją roboczą pod pompę, światłowody zabiegowe oraz laser wraz z pozostałymi akcesoriami zabiegowymi dla „Szpitala Miejskiego w Rabce – Zdroju” Sp. z o. o. o następujących parametrach:

Producent:

Model:

Rok produkcji:

Lp.	Wymagane warunki i parametry techniczne dotyczące	Parametry oferowane przez Wykonawcę - należy uzupełnić
Wymagania ogólne:		
1.	Medyczna platforma laserowa o długości fali promieniowania: 635nm, 980nm, 1470nm z 3 laserami w jednej obudowie.	
2.	Wielofalowa diodowa platforma laserowa z możliwością aktualizacji oprogramowania i rozbudowy.	
3.	Możliwość zamontowania na ruchomym ramieniu z mocowaniem typu VESA.	
4.	Zakres zastosowania: - chirurgia naczyniowa - proktologia - flebologia.	
5.	Wymagana gwarancja: 24 miesiące od daty instalacji i uruchomienia.	
6.	Przy dostawie wymagana instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.	
7.	Typ lasera - diodowy, półprzewodnikowy.	
8.	Tryb pracy - ciągła lub impulsowa.	
9.	Moc max. do 15W dla fali 980nm i 1470nm oraz do 400mW dla 635nm	
10.	Czas trwania impulsu: 0,05 ms – 10 000 ms.	
11.	Częstotliwość : 0,05- 10 000 Hz.	
12.	Sterownik: wprowadzony mikroprocesor.	
13.	Wyświetlacz dotykowy.	
14.	Prowadnica wiązki: światłowód zakończony złączem SMA 905.	
15.	Średnica światłowodu min 200µm.	
16.	Długość światłowodu 2,5 m.	
17.	Wiązka lasera pilotującego: czerwona, 635 nm – 5 mW.	
18.	Włączanie emisji promieniowania włącznikiem nożnym.	
19.	Zasilanie (100 – 240)V / 50-60Hz.	
20.	System chłodzenia wewnętrzny, powietrzny i termoelektryczny.	

21.	Klasa bezpieczeństwa: - elektrycznego I typ B - laserowego IV.	
22.	Preferowana waga ok. 2,5 – 4,0 kg.	
Dodatkowe wyposażenie kompatybilne z powyższym urządzeniem:		
23.	Pompa do znieczulenia.	
24.	Ergonomiczna stacja robocza pod pompę, światłowody zabiegowe i laser.	
25.	- dreny (min. 21 szt.) - światłowody do EVLT (min. 11 szt.) - zestawy wprowadzające (min. 11 szt.) - światłowody do hemoroidów (min. 11 szt.) - nasadki igłowe do proktologii (min. 11 szt.)	

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)