

Pytanie 3. FULL-MED

Pkt. 23 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania natężenie prądu stymulacji w zakresie 0-140Ma w prostokątnym, szerokim (40ms) impulsie energetycznym (terapia o korzystniejszym rokowaniu dla mięśnia sercowego)?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Dotyczy defibrylatora dla Oddziału Wewnętrznego:

Pytanie 4. FULL-MED

Pkt. 7 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z energią dostępną na 23 poziomach licząc od energii minimalnej do oferowanej energii maksymalnej?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5. FULL-MED

Pkt. 16 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z energią dostępną na 23 poziomach licząc od energii minimalnej do oferowanej energii maksymalnej?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

PREZES ZARZĄDU
„Szpital Miejski w Rabce-Zdroju” sp. z o.o.
Witold Latusek
(2)