

Rabka- Zdrój, dn. 21.12.2022 r.

Szpital Miejski w Rabce – Zdroju Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 3

34 – 700 Rabka - Zdrój

Do uczestników postępowania

WYJAŚNIENIA I ZMIANA

Specyfikacji Technicznej oraz Wzoru Umowy

Dotyczy: ZAPYTANIE OFERTOWEGO znak: SP.26.2.14.2022 na zakup sondy do nieizotopowego wykrywania węzłów chłonnych wartowniczych dla „Szpitala Miejskiego w Rabce – Zdroju” Sp. z o. o.

Zamawiający, Szpital Miejski w Rabce-Zdroju Sp. z o.o., informuje, iż w dniu 20.12.2022 r. do w/w postępowania zostały złożone pytania. Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie :

(Dotyczy Umowy)

Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej.

Pytanie:

(Dotyczy Zapytania ofertowego, Załącznik nr 3 – projekt umowy)

§4 ust. 3 lit. e):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostanie wymaganych dokumentów wraz z umową z biura Wykonawcy? Wykonawca motywuje swoją prośbę powodami technicznymi.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostanie dokumentów wraz z umową z biura Wykonawcy.

Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego 53 1130 1150 0012 1289 1820 0001

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XII Wydział KRS: 0000280873

Kapitał zakładowy: 9 198 500,00 zł

NIP: 735-26-97-601

REGON: 120480323

§4 ust. 6:

Uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu reklamacji do 7 dni roboczych na wymianę.

Odpowiedź:

Zamawiający wydłużył termin reklamacji do 7 dni.

§5 ust. 14:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dodanie zapisu §5 ust. 14:

„Do dnia zapłaty za przedmiot umowy określony w §1 ust. 1, pozostaje on własnością Wykonawcy”.

Odpowiedź:

Zamawiający dodał zapis do wzoru umowy w §5 ust. 14 *„Do dnia zapłaty za przedmiot umowy określony w §1 ust. 1, pozostaje on własnością Wykonawcy”.*

§6 ust. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu na:

„72 godziny w dni robocze”?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu na *„72 godziny w dni robocze”.*

§6 ust. 7

Uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu na naprawę do 7 dni roboczych.

Odpowiedź:

Zamawiający wydłużył termin naprawy do 7 dni roboczych.

§6 ust. 12:

Prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„W okresie gwarancji, gdy konieczność dokonania napraw powstanie z winy Zamawiającego na skutek nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy, koszty napraw i części zamiennych pokrywa Zamawiający”.

Odpowiedź:

Zamawiający dodał zapis w **§6 ust. 12** w brzmieniu: *„W okresie gwarancji, gdy konieczność dokonania napraw powstanie z winy Zamawiającego na skutek nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy, koszty napraw i części zamiennych pokrywa Zamawiający”.*

§6 ust. 19:

Prosimy o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie zdania: *„o ile przedmiot zamówienia będzie dostępny na rynku”.*

Długi okres zobowiązania Wykonawcy wskazany w §6 ust. 19 powoduje, że nie możemy zagwarantować dostępności części zamiennych i akcesoriów.

Odpowiedź:

Zamawiający dodał zapis w §6 ust. 19 w brzmieniu: „o ile przedmiot zamówienia będzie dostępny na rynku”.

Pytanie:

(Dotyczy Zapytania ofertowego, Załącznik nr 2 Specyfikacja Techniczna, Lp. 1 w tabeli:)

Uprzejmie prosimy o ujednolicenie okresu gwarancji na: „*minimum 12 miesięcy*”, zgodnie z zapisami w Zapytaniu Ofertowym pkt III ppkt 7 oraz w Projekcie umowy w § 6 ust.1.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienił w **Załącznik nr 2 „Specyfikacja Techniczna”, Lp. 1 w tabeli:** „Wymagana gwarancja: 12 miesięcy od daty instalacji i uruchomienia.”

W specyfikacji technicznej (zał. nr 2) oraz w wzorze umowy (zał. nr 3) dokonano w/w zmian.
Pozostałe dane pozostają bez zmian.

Wyjaśnienia oraz zmiana treści specyfikacji technicznej i wzoru umowy zostanie dołączona do Zapytania ofertowego i będzie stanowić jej integralną część.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Witold Latusek

Data: 2022.12.21 10:55:33 CET