

„Szpital Miejski w Rabce-Zdroju” sp. z o. o.		
Załącznik nr 2:	ZAPYTANIE OFERTOWE	Nr SP. 26.2.14.2022

Oferujemy sonde do nieizotopowego wykrywania węzłów chłonnych wartowniczych wraz ze znacznikami o następujących parametrach:

Producent:

Model:

Rok produkcji:

Lp.	Wymagane warunki i parametry techniczne	Parametry oferowane przez Wykonawcę - należy uzupełnić
Wymagania ogólne:		
1.	Wymagana gwarancja: 12 miesięcy od daty instalacji i uruchomienia.	
2.	Przy dostawie wymagana Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.	
3.	System umożliwiający śródoperacyjne wykrywanie węzłów chłonnych	
4.	System nieizotopowy - znacznik podawany przez chirurga bez konieczności współpracy z zakładem medycyny nuklearnej	
5.	System działający w oparciu o znacznik będący superparamagnetykiem i sondę generującą pole magnetyczne oraz odbierającą zwrotne zsynchronizowane pole magnetyczne pochodzące od znacznika	
6.	System działający w oparciu o znacznik który poza sygnałem magnetycznym dodatkowo wybarwia węzły chłonne na czarno-brązowy kolor	
7.	Maksymalny czas na wykonanie zabiegu od podania znacznika – 30 dni	
8.	System pozwalający na ustawianie tła pola magnetycznego, funkcja uruchamiana przyciskiem na jednostce bazowej lub przełącznikiem nożnym podłączonym do jednostki bazowej	
9.	Głowica połączona z jednostką bazową giętkim przewodem	
10.	Jednostka główna z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym pozwalającym na odczyt wartości mierzonego sygnału	
11.	Jednostka główna poza wskazaniem wartości liczbowych generująca modulowany dźwięk o różnej częstotliwości w zależności od natężenia pola (możliwość regulacji głośności)	
12.	Możliwość pracy na 3 poziomach czułości urządzenia	
13.	Jednostka bazowa z uchwytem pozwalającym na wygodne przenoszenie urządzenia	

14.	System kontroli pracy urządzenia za pomocą dostarczanego wzorca o znanej wartości sygnału odczytu	
15.	System zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG o wyrobach medycznych, oznaczony znakiem CE	

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Witold Latuszek
Data: 2022.12.21 10:55:42
CET